| | | |
|---|---|---|
| OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE | **Ficha Técnica**<br>**Equipo descartável- GLOMED** | **REG. Nº.: 204**<br>**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**<br>**SIMARA COLOMBI BUSCH**<br>**COREN/SC 273.138** |

**NOME TÉCNICO:** EQUIPOS
**NOME COMERCIAL:** EQUIPO DESCARTÁVEL - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450029

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE – UL-BR INMETRO

**IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:**
**OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.**
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480

**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

**FABRICANTE:**
**JIANGSU KANGBAO MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.,**
No.78, North Suzhong Road,Baoying County, Jiangsu Province,China.

## DESCRIÇÃO TÉCNICA:

O Equipo Macrogotas é um dispositivo para infusão gravitacional feito em PVC flexível, possui câmara gotejadora flexível Macrogotas (20 gotas = 1ml) – (50 milímetros comprimento da câmara) com Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ (Modelo GL-C/S e GL-C/L) e filtro de partículas 15µ; em seu tubo transparente de 150cm contém um regulador de fluxo do tipo pinça rolete. Ponta distal Luer Slip ou Luer Lock.

## MODELOS DISPONÍVEIS:

| MODELO | PONTA PERFURANTE COM TAMPA | RESPIRO DE AR COM FILTRO BACTERIOLÓGICO | CÂMERA GOTEJADORA | FILTRO DE PARTÍCULAS | TUBO FLEXÍVEL PVC | PINÇA ROLETE | INJETOR LATERAL EM Y | CONECTOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL-S/L | Presente | Ausente | Macrogotas | 15µ | Presente | Presente | Ausente | Luer Lock |
| GL-S/S | Presente | Ausente | Macrogotas | 15µ | Presente | Presente | Ausente | Luer Slip |
| GL-I/L | Presente | Ausente | Macrogotas | 15µ | Presente | Presente | Autocicatrizante | Luer Lock |
| GL-I/S | Presente | Ausente | Macrogotas | 15µ | Presente | Presente | Autocicatrizante | Luer Slip |
| GL-C/L | Presente | Presente | Macrogotas | 15µ | Presente | Presente | Autocicatrizante | Luer Lock |
| GL-C/S | Presente | Presente | Macrogotas | 15µ | Presente | Presente | Autocicatrizante | Luer Slip |

| | | |
|---|---|---|
| OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE | **Ficha Técnica**<br>**Equipo descartável- GLOMED** | **REG. Nº.: 204**<br>**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**<br>**SIMARA COLOMBI BUSCH**<br>**COREN/SC 273.138** |

## MODELOS DISPONÍVEIS:

| MODELO | ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO | EMBALAGEM PRIMARIA UNIDADES | EMBALAGEM COMERCIAL UNIDADES | CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES |
|---|---|---|---|---|
| SIMPLES LUER LOCK | ENTRADA DE AR | X | X | X |
| SIMPLES LUER SLIP | ENTRADA DE AR | X | 25 | 500 |
| INTERMEDIÁRIO LUER LOCK | ENTRADA DE AR E FILTRO | X | X | X |
| INTERMEDIÁRIO LUER SLIP | ENTRADA DE AR E FILTRO | X | 25 | 500 |
| COMPLETO LUER LOCK | ENTRADA DE AR E FILTRO E INJETOR LATERAL | X | 25 | 500 |
| COMPLETO LUER SLIP | ENTRADA DE AR E FILTRO E INJETOR LATERAL | X | 25 | 500 |

## DIMENSÕES DAS CAIXAS:

| PRODUTO | PESO | LARG | ALT | COMP | COD BARRAS EMBALAGEM UNITARIA | COD. BARRAS EMBALAGEM COMERCIAL | COD. BARRAS CAIXA EMBARQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMPLES LUER LOCK | 12,20 | 0,39 | 0,32 | 0,65 | X | X | X |
| SIMPLES LUER SLIP | 12,20 | 0,39 | 0,32 | 0,65 | X | 0602883920378 | 0602883920385 |
| INTERMEDIÁRIO LUER LOCK | 12,20 | 0,39 | 0,32 | 0,65 | X | X | X |
| INTERMEDIÁRIO LUER SLIP | 12,20 | 0,39 | 0,32 | 0,65 | X | 0602883920378 | 0602883920385 |
| COMPLETO LUER LOCK | 13,10 | 0,385 | 0,33 | 0,66 | X | 0606529140120 | 0606529140168 |
| COMPLETO LUER SLIP | 12,90 | 0,39 | 0,33 | 0,66 | X | 0606529140144 | 0606529140182 |

## IMAGEM GRÁFICA:




## INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicado para administração gravitacional de medicamentos e soluções parenterais, tendo como finalidade infundir o dispositivo venoso periférico ao recipiente de infusão.

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

| | | |
|---|---|---|
| OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE | **Ficha Técnica**<br>**Equipo descartável- GLOMED** | **REG. Nº.: 204**<br>**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**<br>**SIMARA COLOMBI BUSCH**<br>**COREN/SC 273.138** |

**EMBALAGEM /ESTERILIZAÇÃO:**
Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente e/ ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022;
Caixa de transporte com 500 unidades;

**ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.**

**ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:**

- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Feche a pinça rolete;
- Remova a tampa protetora da ponta perfurante e conecte ao frasco de solução;
- Suspenda o frasco no suporte e preencha a câmera de gotejamento (Importante preencher ± 30 % de sua capacidade);
- Abra a pinça rolete, até que a solução preencha o tubo flexível;
- Feche a pinça rolete e retire a tampa protetora do conector, em seguida encaixe ao dispositivo de infusão (agulha, cateter, escalpe entre outros).
- Abra a pinça rolete e regule o fluxo de gotejamento conforme prescrição médica.

**PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:**

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente;
- Atóxico, Livre de Látex.

**CONTRAINDICAÇÕES:**

O equipo macrogotas completo tem contraindicações a serem consideradas. É desaconselhado para pacientes alérgicos aos materiais, em casos que requerem infusões de volumes extremamente baixos, ou em terapias críticas que demandam precisão absoluta na taxa de infusão. Além disso, não é apropriado quando o uso pode resultar em administração inadequada de medicamentos ou fluidos, nem para taxas de infusão muito altas. É importante escolher dispositivos adequados às necessidades do paciente em cada situação.

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

| | | |
|---|---|---|
| OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE | **Ficha Técnica**<br>**Equipo descartável- GLOMED** | **REG. Nº.: 204**<br>**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**<br>**SIMARA COLOMBI BUSCH**<br>**COREN/SC 273.138** |

**CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:**

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

**NORMA APLICADA:** ABNT NBR ISO 13485:2016; Portaria n° 461 de 18 de Novembro de 2021 INMETRO

**MODELOS:**

EQUIPO MACROGOTAS - SIMPLES
Modelo: **GL-S/S** e **GL-S/L**




EQUIPO MACROGOTAS – INTERMEDIÁRIO
Modelo: **GL-I/S** e **GL-I/L**




Rua Ricardo Georg n°1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

| | | |
|---|---|---|
| OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE | **Ficha Técnica**<br>**Equipo descartável- GLOMED** | **REG. Nº.: 204**<br>**RESPONSÁVEL TÉCNICA:**<br>**SIMARA COLOMBI BUSCH**<br>**COREN/SC 273.138** |

EQUIPO MACROGOTAS - COMPLETO

Modelo: **GL-C/S** e **GL-C/L**




_____

**SIMARA COLOMBI BUSCH**

RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366