OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Torneira 3 Vias - GLOMED**	**REG. Nº.: 244** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

NOME TÉCNICO: TORNEIRAS
NOME COMERCIAL: TORNEIRINHA 3 VIAS – GLOMED
REGISTRO ANVISA**:** 80273450049

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:
WELLMED INTERNATIONAL INDUSTRIES PVT. LTD.
712. ARUNACHAL BUILDING, 19 BARAKHAMBA ROAD, NEW DELHI- 110001 INDIA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A TORNEIRA 3 VIAS DESCARTAVEL – GLOMED é um dispositivo de tamanho único, estéril, atóxico e apirogênico com fluxo gravitacional de 460ml/min, composto e confeccionado por:

- **MANÍPULO GIRATÓRIO** *(Polietileno-PE)* colorido, que permite girar 360° servindo para controlar a abertura, oclusão e direção do fluxo de infusão através de setas indicadoras;
- **CORPO TRÊS VIAS** *(Policarbonato-PC)* peça transparente e rígida;
- **1 CONECTOR LUER SLP/LOCK ROTATIVO** *(Policarbonato-PC)* para acesso venoso;
- **2 CONECTORES FÊMEA UNIVERSAL** *(Polietileno-PE)* para infusão;
- **TAMPA DO CONECTOR PROXIMAL** *(Polipropileno –P.P)* adaptável ao conetor luer slip/lock;
- **TAMPA DO CONECTOR DISTAL** *(Polietileno-PE).*

MODELOS DISPONÍVEIS:

PRODUTO	CONECTOR	EMBALAGEM PRIMÁRIA	CAIXA COMERCIAL	CAIXA DE EMBARQUE
GL-T/L	SLIP/LOCK	X	50	500
GL-T/S	X	X	X	X

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Torneira 3 Vias - GLOMED**	**REG. Nº.: 244** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS UN	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
GL-T/L	3,40	0,280	0,19	0,545	0602883920958	0602883920941	0602883920934
GL-T/S	X	X	X	X	X	X	X

IMAGEM GRÁFICA:

LUER LOCK

LUER SLIP



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicado para promover a duplicação do acesso venoso através de um único acesso, continuo ou intermitente, permitindo o direcionamento do fluxo de soluções em três linhas distintas, sendo duas linhas de infusão (equipo/extensor) e uma linha de acesso venoso (scalp/cateter) em suas extremidades fêmea e macho.

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Torneira 3 Vias - GLOMED**	**REG. Nº.: 244** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

EMBALAGEM/ESTERELIZAÇÃO:

Embalado individualmente em envelope de polietileno/Poliamida (PE/PA) e papel grau cirúrgico, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Caixa comercial com 50 unidades; Caixa de transporte 500 unidades.

ESTERILIZADO POR ÓXIDO DE ETILENO, COM VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade da embalagem e validade do produto;
- Abrir a embalagem conforme técnica asséptica;
- Antes de usar, girar o manípulo 360° para lubrificar o sistema;
- Retire a tampa protetora do conector proximal e conecte a torneira ao acesso venoso;
- Feche a torneira girando as setas do manípulo para fora do fluxo de infusão;
- Retire a tampa de um dos conectores fêmea e conecte ao dispositivo médico para infusão;
- Abra a torneira girando as setas do manípulo para o fluxo de infusão;
- Após o uso descarte o produto em local adequado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada, molhada ou fora do prazo de validade;
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso.

CONTRAINDICAÇÕES:

A torneira de três vias apresenta contraindicações importantes. Deve ser evitada em pacientes alérgicos aos materiais da torneira, em casos de obstrução vascular significativa, e não é apropriada para uso prolongado devido ao risco de desconforto ou irritação. A inserção e manutenção devem ser realizadas por profissionais de saúde qualificados para garantir a segurança do paciente.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **Torneira 3 Vias - GLOMED**	**REG. Nº.: 244** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

_____

SIMARA COLOMBI BUSCH

RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366