OLIMED QUALIDADE EM SAUDE	**FICHA TECNICA** **Sonda Uretral - GLOMED**	**REG. N°: 262** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

NOME TÉCNICO: SONDAS
NOME COMERCIAL: SONDA URETRAL - GLOMED
REGISTRO ANVISA**:** 80273459012

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central
Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:
CHANGSHU SUPER MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.
Building 2, No.1 Taikang Road, industrial Park, North Region of Zhitang Town, Changshu City, 215531 Jiangsu, P.R. China

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A SONDA URETRAL – GLOMED é confeccionado em PVC (Cloreto de Polivinila) atóxico, tubo em forma de cilindro reto, transparente e flexível nas opções de 20 a 50cm de comprimento, com ponta arredonda e fechada, podendo apresentar 1 ou 2 orifícios laterais. Na outra extremidade do tubo apresenta um conector padrão com ou sem tampa (tipo funil de drenagem).

MODELOS E VARIAÇÕES DISPONÍVEIS:

CODIGO	TAMANHO	COR	DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	COMPRIMENTO	EMBALAGEM COMERCIAL UNIDADES
GLSU04	4FR	CINZA	0.80	1.67 ± 0.10	20 A 50 CM	800
GLSU06	6FR	VERDE CLARO	1.05	2.00 ± 0.10	20 A 50 CM	800
GLSU08	8FR	AZUL	1.50	2.70 ± 0.10	20 A 50 CM	800
GLSU10	10FR	PRETO	2.00	3.33 ± 0.10	20 A 50 CM	600
GLSU12	12FR	BRANCO	2.45	4.00 ± 0.15	20 A 50 CM	600
GLSU14	14FR	VERDE	2.95	4.70 ± 0.20	20 A 50 CM	600
GLSU16	16FR	LARANJA	3.40	5.30 ± 0.20	20 A 50 CM	400
GLSU18	18FR	VERMELHO	3.90	6.00 ± 0.20	20 A 50 CM	400
GLSU20	20FR	AMARELO	4.30	6.67 ± 0.20	20 A 50 CM	400
GLSU22	22FR	ROXO	4.50	7.33 ± 0.20	20 A 50 CM	200
GLSU24	24FR	AZUL ESCURO	5.00	8.00 ± 0.20	20 A 50 CM	200

OLIMED QUALIDADE EM SAUDE	**FICHA TECNICA** **Sonda Uretral - GLOMED**	**REG. N°: 262** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

DIMENSÕES DA CAIXA:

CODIGO	PESO	ALT.	LARG.	COMP.	COD. BARRAS EMBALAGEM UNITARIA	COD. BARRAS EMBALAGEM COMERCIAL	COD. BARRAS EMBALAGEM EMBARQUE
GLSU04	4,10	0,33	0,38	0,56	0618341484528	X	0618341484412
GLSU06	4,30	0,33	0,38	0,56	0618341484535	X	0618341484429
GLSU08	4,80	0,33	0,38	0,56	0618341484542	X	0618341484436
GLSU10	4,30	0,33	0,38	0,56	0618341484559	X	0618341484443
GLSU12	4,90	0,33	0,38	0,56	0618341484566	X	0618341484450
GLSU14	5,60	0,33	0,38	0,56	0618341484573	X	0618341484467
GLSU16	4,80	0,33	0,38	0,56	0070341196175	X	0618341484474
GLSU18	5,60	0,33	0,38	0,56	0070341196182	X	0618341484481
GLSU20	6,00	0,33	0,38	0,56	0070341196199	X	0618341484498
GLSU22	3,10	0,33	0,38	0,56	0070341196205	X	0618341484504
GLSU24	3,90	0,33	0,38	0,56	0070341196212	X	0618341484511

IMAGEM GRÁFICA:



INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para drenar a urina de pacientes com problemas de eliminação urinária, ou em procedimentos cirúrgicos promovendo esvaziamento constante da bexiga. É uma sonda de alívio (permanência curta).

EMBALAGEM /ESTERILIZAÇÃO:

Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente e/ ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 751/2022; Disponível em caixas com 200, 400, 600 e 800 unidades.

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

OLIMED QUALIDADE EM SAUDE	**FICHA TECNICA** **Sonda Uretral - GLOMED**	**REG. N°: 262** **RESPONSÁVEL TÉCNICA:** **SIMARA COLOMBI BUSCH** **COREN/SC 273.138**

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Verifique a integridade da embalagem e validade do produto;
- Escolha o tamanho da sonda adequado ao paciente;
- Retire o produto da embalagem através de técnicas assépticas;
- Introduza a sonda pela uretra lentamente até a bexiga;
- Assegurar-se do funcionamento do dispositivo, através da verificação do fluxo de urina a partir do funil de drenagem;
- Retirar a sonda do paciente seguindo técnicas aplicáveis;
- Descarte o produto após a sua utilização em local adequado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Produto esterilizado a óxido de etileno.
- Atóxico, Livre de Látex.

CONTRAINDICAÇÕES:

A sonda uretral apresenta contraindicações importantes. Deve ser evitada em pacientes com estreitamento uretral grave, alergia aos materiais da sonda, uso prolongado, infecções urinárias graves e requer inserção e manutenção por profissionais de saúde qualificados para garantir a segurança do paciente.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

_____

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366