OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **FITA ADESIVA PLÁSTICA** **GLOMED**	REG. N° 278 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: ESPARADRAPOS E FITAS ADESIVAS

NOME COMERCIAL: FITA ADESIVA PLÁSTICA - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450051

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:
OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.
CNPJ: 03.033.589/0001-12
Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central Blumenau – SC – Brasil
CEP 89069-101
SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:
ZHEJIANG BANGLI MEDICAL PRODUCTS CP., LTD
NO. 118 YUEGUI SOUTH ROAD, CITY WEST NEW DISTRICT, YONGKANG CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A Fita Adesiva plástica – GLOMED é transparente, confeccionada em polietileno (PE) micro perfurado, o que permite a passagem do ar e da umidade, ajudando na ventilação da pele. Sua camada adesiva é formulada com um adesivo acrílico hipoalergênico, projetado para oferecer aderência segura sem causar irritações cutâneas. A fita é acondicionada em carretel e capa de polietileno.
Atóxico, Livre de Látex.

MODELOS DISPONÍVEIS:

MODELO	TAMANHO	EMBALAGEM PRIMARIA UNIDADES	CAIXA DE EMBARQUE UNIDADES
GLPL25X10	25mm X 10m	12	96
GLPL50X10	50mm x 10m	12	96
GLPL100X4.5	100mm x 4.5m	12	24

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **FITA ADESIVA PLÁSTICA** **GLOMED**	REG. N□ 278 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

DIMENSÕES DA FITA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS UNITÁRIA
GLPL25X10	39g	0,55 CM	0,35 CM	0,55 CM	0070341197561
GLPL50X10	71g	0,55 CM	0,6 CM	0,55 CM	0070341197585
GLPL100X4.5	85g	0,55 CM	0,11 CM	0,55 CM	0070341197608

DIMENSÕES DA CAIXA:

PRODUTO	PESO	LARG	ALT	COMP	CÓDIGO DE BARRAS EMBARQUE
GLPL25X10	4,100kg	0,235	0,14	0,345	0070341197554
GLPL50X10	7,300kg	0,24	0,24	0,355	0070341197578
GLPL100X4.5	2,300kg	0,235	0,115	0,345	0070341197592

IMAGEM GRÁFICA:

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **FITA ADESIVA PLÁSTICA** **GLOMED**	REG. N□ 278 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

A Fita Adesiva plástica é indicada para fixação direta de curativos, bandagens e dispositivos médicos na pele, sobre ferimentos superficiais. Sua composição porosa possibilita a ventilação celular sem causar danos ou irritação. Devido à sua suavidade, é especialmente indicada para peles sensíveis, como as de crianças e idosos.

EMBALAGEM:

A Fita adesiva Microporosa é acondicionada em carretel com capa de polietileno. Rotulagem conforme RDC 751/2022;

Cada embalagem contém:
1 Rolo de Fita Adesiva Microporosa;
1 Instrução de Uso;
Caixa de Transporte de papel cartão de 20 a 500 unidades de fita adesiva microporosa; **PRODUTO NÃO ESTERIL.**
VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.
ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

APLICAÇÃO DA FITA:

- Verifique a integridade e validade do produto antes de usar;
- Selecione o tipo e o tamanho adequados da fita para cobrir a área desejada;
- Limpe a área removendo a umidade ou sujeira;
- Aplique a fita suavemente sobre a pele, evitando esticá-la;
- Fixe todo a fita, pressionando levemente do centro para as bordas, garantindo uma adesão uniforme.

REMOÇÃO DA FITA:

- Comece removendo pela borda da fita, puxando suavemente;
- Estabilize a pele com um dedo e remova a fita lentamente na direção do crescimento do pelo, para minimizar o desconforto;
- Após o uso descarte o produto em local adequado.

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **FITA ADESIVA PLÁSTICA** **GLOMED**	REG. N□ 278 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Evite esticar em excesso durante a aplicação para evitar desconforto.
- Não use em feridas abertas ou pele com erupções graves.
- Não utilize em pacientes alérgicos a adesivos médicos.
- Interrompa o uso se houver irritação na pele e consulte um profissional.
- Evite o uso prolongado em áreas sensíveis ou pacientes vulneráveis.
- Armazene adequadamente em local fresco e seco, protegido da luz solar direta.
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação.
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, proibido reprocessamento, não reutilize.
- Atóxico, Livre de Látex

CONTRAINDICAÇÃO:

A fita adesiva plástica não é recomendada para pacientes com histórico de alergia a adesivos médicos ou a qualquer componente da fita. Caso ocorram sintomas como irritação, vermelhidão, coceira intensa ou qualquer outra reação adversa na pele após a aplicação da fita, é importante interromper imediatamente o uso e buscar orientação de um profissional de saúde.

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
- O produto deve ser transportado em sua embalagem original.
- Ao empilhar caixas durante o transporte, deve-se garantir uma disposição estável para evitar danos à embalagem e ao produto.

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366

OLIMED QUALIDADE EM SAÚDE	**Ficha Técnica** **FITA ADESIVA PLÁSTICA** **GLOMED**	REG. N□ 278 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

_____

SIMARA COLOMBI BUSCH

RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138

Rua Ricardo Georg nº 1.115 - Itoupava Central - 89.069-101 - Blumenau - SC
Fone/Fax: (47) 3144-9700 - Celular: (47) 99967-2318 - olimed@olimed.com.br - www.olimed.com.br
CNPJ: 03.033.589/0001-12 I.E: 253.869.366